



Certificat Client
Résidus d'Oxyde d'Ethylène

Demande # **EOR 2021 001 a**

Date de la demande **21/02/2021**

Client **AGEPS**

Contact **-**

Description produit **Mepilex®, em, XT, Transfer**

ref. produit **(voir références ci-dessous)**

Quantité maximum de résidus d'Oxyde d'Ethylène délivrés au patient

(en mg/produit, pendant les 24 premières heures d'utilisation, ou pendant la totalité de l'utilisation si celle-ci dure moins de 24 heures°)

voir tableau
ci-dessous **mg/produit**

Référence composant ou produit	Description	Quantité	Résidus EO maxi pour les 24 premières heures d'utilisation, si référence couverte par décision ANSM (en mg/référence)
294015-00	Mepilex® - 5 x 5 cm	1	0,011
294100-13	Mepilex® - 10 x 10 cm	1	0,044
294000-01	Mepilex® - 12,5 x 12,5 cm	1	0,069
294201-01	Mepilex® - 10 x 21 cm	1	0,093
294300-14	Mepilex® - 15 x 15 cm	1	0,099
294310-00	Mepilex® - 17,5 x 17,5 cm	1	0,136
294410-00	Mepilex® - 21 x 22 cm	1	0,204
284022-00	Mepilex® e.m. - 7,5 x 8,5 cm	1	0,204
284122-01	Mepilex® e.m. - 12,5 x 12,5 cm	1	0,048
284322-01	Mepilex® e.m. - 17,5 x 17,5 cm	1	0,094
211110-00	Mepilex® XT - 12,5 x 12,5 cm	1	0,077
211210-00	Mepilex® XT - 10 x 21 cm	1	0,104
211310-00	Mepilex® XT - 17,5 x 17,5 cm	1	0,151
211410-00	Mepilex® XT - 21 x 22 cm	1	0,228
294621-03	Mepilex® Transfer - 7,5 x 8,5 cm	1	0,018
294720-01	Mepilex® Transfer - 12,5 x 12,5 cm	1	0,043
294920-02	Mepilex® Transfer - 17,5 x 17,5 cm	1	0,085

Les valeurs communiquées sont des valeurs basées sur l'état actuel de nos connaissances et des tests effectués sur des produits identifiés comme les plus défavorables. Ces valeurs pourront être mises à jour en fonction de nouveaux éléments que nous serons amenés à identifier par de nouvelles mesures